



ORIGINAL

APPROBATION / APPROVAL		
Client / Customer :	Promepla Resp. BE : <i>Fred Danchin.</i> <i>12.02.13.</i>	Promepla Qualité :
Nom / Name, date & signature		

0	14/01/2013	BOUJMADA	Création	FOR073 : 6802
Rev.	Date	Designer	Modifications	N° Fiche FOR073 ou FOR021
Normes : ISO 594 -1/-2				
Matière : PVC			P. 1 / 1	Echelle : 3:1
Code matière : M0240			Revision : 0	Format : A4
Reference : ABC18410			Tolérances générales : ±0.20	Unités : mm, °, grs
Designation : LUER LOCK FEMELLE AVEC AILETTE PVC TRANSPARENT POUR TUBE Ø 4.1mm				<b>PROMEPLA</b>
				FOR035-1